



Ν. Ιωνία: 24-03-2020

Αριθ. Πρωτ.: 89

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
email: enlkonstantopouleio@gmail.com
τ. 213 205 7022, Fax: 213 205 7047

ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: «Οδηγίες για την ορθή διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων δειγμάτων SARS-CoV-2 στα εργαστήρια»

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα δείγματα με SARS-CoV-2, θα τα διαχειρίζεστε ως δείγματα υψηλού κινδύνου, όπως τα δείγματα με HIV λοίμωξη.

Κατά την επεξεργασία των δειγμάτων κρίνεται απαραίτητο η χρήση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας:

- ✓ Μάσκα (απλή χειρουργική)
- ✓ Γάντια
- ✓ Γυαλιά
- ✓ Ποδιά

Σε περίπτωση επιμόλυνσης της επιφάνειας με κηλίδες αίματος και βιολογικών υγρών ακολουθούμε τις παρακάτω διαδικασίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών:

Για τις εμφανείς κηλίδες αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών σε μια επιφάνεια γίνονται τα ακόλουθα:

- Η κηλίδα αίματος ή άλλου βιολογικού υγρού καλύπτεται με το κατάλληλο απολυμαντικό (υγρή χλωρίνη 1:5 ή ταμπλέτες ή κόκκους χλωρίνης) για δεκαπέντε λεπτά
- Απομακρύνουμε την κηλίδα και το απολυμαντικό χρησιμοποιώντας απορροφητικό χαρτί (χειροπετσέτες, χαρτοβάμβακο) και πάντα φορώντας γάντια
- Το διαποτισμένο απορροφητικό χαρτί απορρίπτεται προσεκτικά στον ειδικό κάδο για την απόρριψη των Μεικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (κόκκινο χρώμα)
- Στη συνέχεια καθαρίζουμε την επιφάνεια με απολυμαντικό διάλυμα

Παρακαλούμε πολύ, για την ακριβή τήρηση των παραπάνω οδηγιών για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Οι Νοσηλεύτριες της Ε.Ν.Α.

Η Πρόεδρος της Ε.Ν.Α.

Δρ. Ευτυχία Σ. Ευαγγελίδου

Δρ. Ευαγγελία Δ. Πλατσούκα

Αλεξία Ντούσκα

Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος
Συντ. Διευθύντρια του Μικ/κού Τμήματος