

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ. ISO)
2. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση.
3. Να αναφερθούν όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά του φιλμ.
4. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος
5. Η συσκευασία των φιλμ να είναι ανθεκτική, σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
6. Να είναι ξηράς εκτύπωσης, κατάλληλα προς επεξεργασία και απεικόνιση για εκτυπωτή dry laser.
7. Να είναι μονής επίστρωσης με φωτευαίσθητο υλικό επί της μίας επιφάνειας.
8. Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν υψηλή αντίθεση και υψηλή οπτική πυκνότητα.
9. Να αναφερθούν οι συνθήκες αποθήκευσης.
10. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη με δική του οικονομική επιβάρυνση, για την περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο και ρύθμιση των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αμαύρωση, ευκρίνεια κλπ). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
11. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει φιλμ ετοιμοπαράδοτα για την άμεση διάθεση τους. Η δυνατότητα άμεσης παράδοσης των φιλμ θα εξασφαλίζεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
12. Τα προσφερόμενα ψηφιακά φιλμ θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του κατασκευαστικού οίκου και όχι απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών φιλμ θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα συνυποβάλλεται στην προσφορά.
13. Να κατατεθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο οικονομικός φορέας (άρθρ. 43, παρ.9 του ν. 4605/2019)

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

1. Να είναι διαστάσεων (Είδος 1) 35x43 cm και (Είδος 2) 26x36 cm, ψηφιακής ακτινολογίας.
2. Να είναι απολύτως κατάλληλα για τον εκτυπωτή Drypix 4000 Fujifilm που είναι εγκατεστημένος στο Νοσοκομείο μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

| A/A | Διάσταση φίλμ (σε cm) | Κωδ. Νοσ/μείου | Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Ποσότητα | Σύνολο | ΦΠΑ | Προϋπολογι σμός με ΦΠΑ | Κωδ. Παρ/ρί ου | Τιμή Παρ/ρίου |
|----------|-----------------------|----------------|------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|----------------|--------------------------|
| Είδος 1. | 35x43 | 50089 | 1,674 | 33.300 | 55.744,20 | 13.378,61 | 69.122,81 € | 3.1.10 | 167,4 (κουτί 100 τεμ) |
| Είδος 2. | 26x36 | 52778 | 1,076 | 35.100 | 37.767,60 | 9.064,22 | 46.831,82 € | 3.1.7 | 161,4 (κουτί 150 τεμ) |