



Προς τη Δ/νση του Γ.Ν. Ν.Ιωνίας  
Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων

Θέμα : Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους με CPV 44164300-0 Σωληνοειδή υλικά (Σετ αιμοληψιών) .

Απάντηση στη παρατήρηση της εταιρείας MEDISUP όσο αφορά την πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους σωληνοειδή υλικά για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η εταιρεία αναφέρει το παράτυπο, παράλογο και παράνομο των προδιαγραφών για τα σωληνοειδή συγκεκριμένα την απαίτηση των προδιαγραφών για ενιαίο σύστημα αιμοληψίας υπό κενό.  
Η απαίτηση αυτή προέκυψε μετά από μελέτη διακηρύξεων άλλων οργανισμών του Δημοσίου που ζητούν ακριβώς το ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ. π.χ 3<sup>η</sup> ΥΠΕ περιφέρειας Μακεδονίας διακήρυξη 06/2017 23/3/2017  
(επισυνάπτεται)

Επίσης επισυνάπτεται η οδηγία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κλινικής Χημείας EFLM v1.1 October 2017 που στη σελίδα 12 παράγραφος 3.9 αναφέρεται ότι: «Βελόνα αιμοληψίας, υποδοχέας σωληναρίων και σωληνάρια συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα αιμοληψίας. Μόνο υλικά του ίδιου κατασκευαστή πρέπει να χρησιμοποιούνται ως επιμέρους τμήματα του συστήματος αιμοληψίας.»

Η επιτροπή αξιολόγησης δεν έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει την συμβατότητα επιμέρους υλικών διαφορετικών κατασκευαστών.

Όσο αφορά την παρατήρηση της εταιρείας Μάγειρας συμφωνούμε στο είδος A1, A2, A4 να συμπληρωθεί το παρακάτω: Να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους μη ενσωματωμένους υποδοχείς σωληναρίων μίας χρήσης.

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Μανώλης Ιωάννης Βιοχ/κός
2. Βασάλος Κωνσταντίνος Μικρ/κό
3. Μαρίνος Πασσάς Ιωάννης Αιματ/κό