



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Ύγειονομική Περιφέρεια Αττικής
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Νέα Ιωνία 01/12/2020
Αριθμ.Πρωτ 32946

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 3-5 Ν.ΙΩΝΙΑ 14 233
ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ Σχίζας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132057790
Email: promkgh2009@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ/ΞΗΣ Π 27/20

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

(Αριθμός Διακήρυξης Π 27 /20)

Έχοντας υπόψη :

- 1.Το ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α'/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
- 2.Το ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/τ.Α'/05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
- 3.Το ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/07 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
- 4.Το ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/11) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
- 5.Το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του
- 6.Τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 35 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α'17)
- 7.Το υπ αρ πρ 3087/24-1-2020 έγγραφο της Κας Γαμβρούδη Μαρίας Δ/ντριας Τ.Ε.-Π.
- 8.Την από 20-5-2020 (3^η Συν Θέμα Α23) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου .
- 9.Τις υπ αρ πρ. 22307/12-8-2020 και 24995/18-9-2020 προσκλήσεις δημόσιας διαβούλευσης
- 10.Το υπ αρ πρ 30246/9-11-2020 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
11. Την από 25-11-2020 (10^η Συν Θέμα Α21) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους η τεχνική και οικονομική προσφορά για την προμήθεια διάφορου ιατρικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του τμήματος των Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 39.500,00 € πλέον Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά .

1.ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων (Πρωτόκολλο)	16/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 π.μ	Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων(Αμφιθέατρο)	17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ :

Σύμφωνα με το αρ 25 του Ν 4412/2016 , υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων , τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :

- α)σε κράτος –μέλος της Ένωσης ,
- β)σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
- γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και
- δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά .Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ΄ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η Τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα 180 ημερών.

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής :

- α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού)
- β) Ποσοστό 0,07 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 0,07% (πλέον 0,07% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού)
- γ) Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο

Αντίγραφα της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου & μέσω του διαδικτυακού τόπου " et.diavgeia.gov.gr "

4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
4.5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Γρ Προμηθειών Ο Πρ/νος Οικ/κού Η Αν/τρια προϊστ Διοικ/κής Δ/σης Η Προϊστ Διοικ/κής Δνσης Ο Διοικητής

Κ.Σχίζας

Δ Τσαβλής

Δ. Λαμπροπούλου

Ε.Ραυτοπούλου Χαραλ. Ν. Πρίφτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Συνοπτικός με σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΔΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)	
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προμήθεια διάφορου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	(CPV 33190000-8) .
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	39.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Προμήθειες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου ΚΑΕ 7127
ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΙΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί αυτού) β) Ποσοστό 0,07 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 0,07% (πλέον 0,07% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί αυτού) γ) Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθειες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A 1. VIDEO ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Τμχ 1
Προϋπολογισμός 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόνομο, πλήρως φορητό Video λαρυγγοσκόπιο σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριο και αμεταχείριστο, κατάλληλο για άμεση οπτική επαφή κατά τη στοματο τραχειακή διασωλήνωση, κατάλληλο για ασθενείς με δύσκολο αεραγωγό και για ασφαλή διασωλήνωση σε ασθενείς με COVID.

Να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό και να είναι εύκολο στη χρήση.

2. Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους
3. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη LCD τουλάχιστον 3,5'', με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης
4. Να φέρει ενσωματωμένη πηγή ψυχρού φωτισμού (High Intensity LED)
5. Να διαθέτει κάμερα νέας τεχνολογίας, υψηλής ανάλυσης.
6. Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, με μεγάλη αυτονομία τουλάχιστον 5 ωρών, με δυνατότητα ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου ζωής, για απάλειψη κινδύνου αποφόρτισης της μπαταρίας κατά τη διάρκεια διασωλήνωσης
7. Να διαθέτει αντιθαμβωτικές (fog free) λεπίδες διασωλήνωσης μίας χρήσεως, σε διάφορα μεγέθη. (Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεγεθών)
8. Να πληροί τα πρότυπα στεγανότητας IPX8. Να μπορεί να βυθιστεί πλήρως σε απολυμαντικό υγρό, τόσο η οθόνη όσο και η λαβή, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί με υψηλού επιπέδου απολύμανση
9. Η ύπαρξη καλύμματος μιας χρήσης έναντι του n Sars COV 19 θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του πλήρη και τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE.
2. Να κατατεθούν α) πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και ISO 13485 του προμηθευτή β) πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και ISO 13485 για τον κατασκευαστικό οίκο
3. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί στον εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
5. Ο προμηθευτής οφείλει να δεσμευτεί για την εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παραλαβή αυτού.
6. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον εξοπλισμό να παραδώσει σε πρωτότυπα:
Service manual
Operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα)
7. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.
8. Ο προμηθευτής χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στο χώρο εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό, μόλις αυτός εγκατασταθεί.

9. Οι προσφορές για να χαρακτηριστούν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κλπ που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
10. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση- παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος εγγράφου και τα συνυποβαλλόμενα prospectus ή βεβαιώσεις (σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
11. Θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης- Τεκμηρίωσης » το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα το σύνολο των όρων του παρόντος εγγράφου, όλες τις απαντήσεις (ανά παράγραφο) με παραπομπή για τεκμηρίωση στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια αναγράφοντας τη σχετική παράγραφο της τεχνικής προδιαγραφής. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν την τεχνική περιγραφή ή θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία μεταξύ κειμένου, ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

***A/A 2. Ηλεκτροκαρδιογράφοι Τμχ 7
Προϋπολογισμός 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ***

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , καινούριος και αμεταχειριστος , έξι (6) ή δώδεκα (12) καναλιών, κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία καθώς και από εργονομικό τροχήλατο, σταθερό και ασφαλές στη μετακίνηση, με φρένο, καλάθι ή συρτάρι και βραχίονα στήριξης καλωδίου του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V/50 Hz και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για την εκτύπωση τουλάχιστον 250 ΗΚΓ φημάτων στην αυτόματη λειτουργία.
3. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή απαγωγών και λήψης ΗΚΓτος
4. Ρυθμός δειγματοληψίας λήψης σήματος τουλάχιστον 15.000 samples /sec για κάθε απαγωγή
5. Να διαθέτει εύρος συχνοτήτων από 0,05 -150Hz
6. Να διαθέτει φίλτρο απόρριψης παρασιτικών συχνοτήτων από την ηλεκτρική τροφοδοσία και το μυικό τρόμο. Να αναφερθούν οι τιμές των φίλτρων.
7. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5” υψηλής ανάλυσης (να αναφερθεί) όπου να απεικονίζονται 12 απαγωγές ταυτόχρονα.
8. Στην οθόνη να απεικονίζονται: ώρα και όνομα ασθενή, ένδειξη μπαταρίας, ένδειξη τυχόν αποκόλλησης ή μη επαφής ηλεκτροδίων, ευαισθησία ΗΚΓ, ταχύτητα ΗΚΓ, ρυθμός, φίλτρο. Να δοθούν πλήρη στοιχεία.
9. Να υπάρχει δυνατότητα προεπισκόπησης στην οθόνη του ΗΚΓ πριν από την εκτύπωση
10. Να διαθέτει καταγραφικό με επιλεγόμενη καταγραφή 6 ή 12 απαγωγών, θερμικού τύπου.

11. Η ταχύτητα καταγραφής με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων ταχυτήτων (5, 10 ή 12.5, 25 και 50 mm/sec)
12. Ευαισθησία Καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων (0.25, 0,5 , 1 και 2 cm/mV) Επιπλέον να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης.
13. Να υπάρχει διάταξη προστασίας του ασθενή και της συσκευής από τυχαία διαρροή ρεύματος ή από χρήση απινιδωτή.
14. Να διαθέτει ανίχνευση εμφυτευμένου βηματοδότη.
15. Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα μετρήσεων και ανάλυσης του ΗΚΓ τος για ενήλικες και παιδιά (να αναφερθεί)
16. Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του ΗΚΓ και σε PDF
17. Να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης ΗΚΓ φημάτων σε εσωτερική μνήμη και σε φορητό μέσο αποθήκευσης
18. Να προσφερθεί ειδικό λογισμικό για τη μεταφορά των εξετάσεων από τη μνήμη σε H/Y για αρχειοθέτηση.
19. Η σύνδεση του ΗΚΓ με H/Y να γίνεται μέσω θύρας Ethernet ή/και USB για τη μεταφορά των εξετάσεων στο ειδικό λογισμικό.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του πλήρη και τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE
13. Να κατατεθούν α) πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και ISO 13485 του προμηθευτή β) πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και ISO 13485 για τον κατασκευαστικό οίκο
14. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
15. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί στον εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
16. Ο προμηθευτής οφείλει να δεσμευτεί για την εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστο έτη από την παραλαβή αυτού.
17. Η προμηθευτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον εξοπλισμό να παραδώσει σε πρωτότυπα:
Service manual
Operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα)
18. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.

19. Ο προμηθευτής χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στο χώρο εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό, μόλις αυτός εγκατασταθεί.
20. Οι προσφορές για να χαρακτηριστούν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κλπ που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
21. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση- παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος εγγράφου και τα συνυποβαλλόμενα prospectus ή βεβαιώσεις (σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
22. Θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης- Τεκμηρίωσης » το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα το σύνολο των όρων του παρόντος εγγράφου, όλες τις απαντήσεις (ανά παράγραφο) με παραπομπή για τεκμηρίωση στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια αναγράφοντας τη σχετική παράγραφο της τεχνικής προδιαγραφής. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν την τεχνική περιγραφή ή θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία μεταξύ κειμένου, ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

A/A 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΟΡΩΝ Τμχ 1
Προϋπολογισμός 1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Το σύστημα θα πρέπει να είναι νέο, σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχειρίστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. Να γίνει αναφορά του χρόνου κατασκευής.

1. Να είναι κατάλληλο για έγχυση αίματος, παραγώγων αίματος, ορών και φαρμάκων
2. Να είναι μικρού όγκου και βάρους και να αναρτάται εύκολα και με ασφαλή τρόπο σε στατώ ορού.
3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 V/ 50Hz
4. Να είναι εύκολο στη χρήση με διακόπτες αφής για εύκολο καθαρισμό
5. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη για την απεικόνιση της θερμοκρασίας, τόσο της μετρούμενης όσο και της προεπιλεγμένης από το χρήστη
6. Ως αναλώσιμα να μπορεί να χρησιμοποιεί τις απλές συσκευές ορού οποιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρείας που είναι διαθέσιμες στην αποθήκη αναλώσιμου υλικού του νοσοκομείου.
7. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας και μεταφορά της θερμότητας στον ασθενή χωρίς απώλειες από το εξωτερικό περιβάλλον.
8. Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού
 - Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής
 - Σε περίπτωση ανεπαρκούς θέρμανσης της συσκευής
9. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας που να διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Να αναφερθούν οι θερμοκρασίες διακοπής λειτουργίας της συσκευής.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

23. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του πλήρη και τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE.
24. Να κατατεθούν α) πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και ISO 13485 του προμηθευτή β) πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και ISO 13485 για τον κατασκευαστικό οίκο
25. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
26. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί στον εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
27. Ο προμηθευτής οφείλει να δεσμευτεί για την εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστο έτη από την παραλαβή αυτού.
28. Η προμηθευτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον εξοπλισμό να παραδώσει σε πρωτότυπα:
Service manual
Operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα)
29. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.
30. Ο προμηθευτής χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στο χώρο εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό, μόλις αυτός εγκατασταθεί.
31. Οι προσφορές για να χαρακτηριστούν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κλπ που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
32. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση- παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος εγγράφου και τα συνυποβαλλόμενα prospectus ή βεβαιώσεις (σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
33. Θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης- Τεκμηρίωσης » το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα το σύνολο των όρων του παρόντος εγγράφου, όλες τις απαντήσεις (ανά παράγραφο) με παραπομπή για τεκμηρίωση στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια αναγράφοντας τη σχετική παράγραφο της τεχνικής προδιαγραφής. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν την τεχνική περιγραφή ή θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία μεταξύ κειμένου, ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Α/Α 4. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ Τμχ 6
Προϋπολογισμός 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

1. Το μηχάνημα να είναι νέας τεχνολογίας και σύγχρονης σχεδίασης, μικρού όγκου και βάρους έως 3kg συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, κατάλληλο για νεογνά έως ενήλικες. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής για νοσοκομειακή χρήση.
2. Να λειτουργεί με τάση 220V / 50Hz και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 8 ωρών (έως και 200 μετρήσεις).
3. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη τουλάχιστον 6" που να καταγράφει αναίμακτη πίεση, οξυμετρία , σφύξεις, μηνύματα σφαλμάτων, οδηγίες, στήλη ανίχνευσης σήματος, ένδειξη χαμηλής φόρτισης και κατάστασης της μπαταρίας
4. Να αναφερθεί η μέθοδος μέτρησης της πίεσης.
5. Να μπορεί να εκτελεί μετρήσεις πίεσης , είτε με χειροκίνητη (manual) μέθοδο είτε με αυτόματη μέθοδο.
6. Να διαθέτει μεγάλη γκάμα επιλογής διαστημάτων μέτρησης της πίεσης , με τη δυνατότητα επιλογής συνεχούς μέτρησης
7. Να διαθέτει μέτρηση κορεσμού οξυγόνου (SpO2) με αισθητήρα δακτύλου, ο οποίος θα συμπαραδίδεται.
8. Να διαθέτει πλήρη γκάμα αισθητήρων SpO2 με αναλυτικό κατάλογο τιμών ο οποίος θα αναφερθεί . Η ακρίβεια μέτρησης οξυμετρίας να είναι έως 2% και το εύρος μέτρησης 0-100%
9. Να έχει προγραμματιζόμενα alarm (ακουστικά και οπτικά) για:
υψηλή/χαμηλή διαστολική πίεση
υψηλή/χαμηλή συστολική πίεση
υψηλή/χαμηλή τιμή κορεσμού οξυγόνου
10. Να έχει μνήμη μετρήσεων όλων των παραμέτρων και να αναφερθεί ο αριθμός των σετ (τουλάχιστον 40)
11. Το εύρος μέτρησης των καρδιακών παλμών να αναφερθεί με ακρίβεια και να είναι τουλάχιστον 30-230 με ακρίβεια +/- 1 bpm
12. Το εύρος μέτρησης αρτηριακής πίεσης να αναφερθεί με ακρίβεια και να είναι τουλάχιστον
 - Συστολική πίεση 40-250 mmHg
 - Διαστολική πίεση 10-200 mmHg
13. Να αναφερθούν οι τρόποι καθαρισμού και απολύμανσης του.

14. Να παραδοθεί με το εργοστασιακό τροχήλατο του, (το οποίο να είναι στιβαρής κατασκευής, νοσοκομειακού τύπου) , καθώς και με (3) περιχειρίδες (μεγέθους small, medium και large) και αισθητήρες οξυμετρίας για ενήλικες και παιδιά.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

34. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του πλήρη και τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE. Να πληροί τα διεθνή standards ασφαλείας.
35. Να κατατεθούν α) πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και ISO 13485 του προμηθευτή β) πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και ISO 13485 για τον κατασκευαστικό οίκο
36. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
37. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί στον εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
38. Ο προμηθευτής οφείλει να δεσμευτεί για την εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστο έτη από την παραλαβή αυτού.
39. Η προμηθευτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον εξοπλισμό να παραδώσει σε πρωτότυπα:
Service manual
Operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα)
40. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.
41. Ο προμηθευτής χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στο χώρο εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό, μόλις αυτός εγκατασταθεί.
42. Οι προσφορές για να χαρακτηριστούν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κλπ που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
43. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση- παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος εγγράφου και τα συνυποβαλλόμενα prospectus ή βεβαιώσεις (σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
44. Θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης- Τεκμηρίωσης » το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα το σύνολο των όρων του παρόντος εγγράφου, όλες τις απαντήσεις (ανά παράγραφο) με παραπομπή για τεκμηρίωση στα συνημμένα τεχνικά

εγχειρίδια αναγράφοντας τη σχετική παράγραφο της τεχνικής προδιαγραφής. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν την τεχνική περιγραφή ή θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία μεταξύ κειμένου, ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Α/Α 5. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ Τμχ 2
Προϋπολογισμός 14.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

1. Ο υπό προμήθεια αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι καινούριος, αμεταχειριστος , άριστης αντοχής και κατασκευασμένος σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Να διαθέτει χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις οποιασδήποτε ανάγκης υγειονομικής περίθαλψης όπως επείγοντα, αναζωογόνηση, μεταφορά εντός ή εκτός νοσοκομείου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία.
2. Να είναι κατάλληλος για αερισμό ενηλίκων και παιδιών (άνω των 5kg)
3. Να είναι φορητός, μικρού όγκου και βάρους (< 7kgμε την μπαταρία)
4. Να λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία για αυτόνομη λειτουργία για τουλάχιστον 8 ώρες, με ένδειξη φόρτισης και κατάσταση λειτουργίας. Θα εκτιμηθεί να αντικαθιστάται η μπαταρία χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναπνευστήρα.
5. Χρόνος πλήρους φόρτισης μπαταρίας από δίκτυο < 4 ώρες
6. Να λειτουργεί με ρεύμα ποικίλων τάσεων:
 - Ρεύμα τάσης 220 V AC 50 Hz
 - Ρεύμα τάσης 12-15 DCVoltsαπό ασθενοφόρο
7. Να λειτουργεί με εξωτερική παροχή Οξυγόνου με ειδικό σύνδεσμο ασφαλείας τόσο από κεντρική εγκατάσταση του νοσοκομείου, δίκτυο ασθενοφόρου όσο από κάθε τύπο φορητής φιάλης.
8. Όλα τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή να μπορούν να αποστειρωθούν , και **να δύναται να λειτουργεί απ ευθείας και με κύκλωμα ασθενούς μιας χρήσης.**
9. Ο αναπνευστήρας να συνοδεύεται από:
 - Ένα (1) πλήρες κύκλωμα ασθενούς πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων με βαλβίδα εκπνοής και δοκιμαστικό ασκό (test lung) λειτουργίας.
 - Ένα (1) συνδετικό σωλήνα, για τη σύνδεση του αναπνευστήρα με το δίκτυο αερίων ή τη φιάλη O2
 - Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος 220-240 V/AC
 - Καλώδιο τροφοδοσίας και μετασχηματιστή με ειδικό βύσμα για παροχή 12-15V/DCεντός ασθενοφόρου
 - Εξάρτημα που να δίνει τη δυνατότητα στήριξης του αναπνευστήρα στο φορείο και στην κλίνη του ασθενούς.
 - Μάσκες για μη επεμβατικό αερισμό, τρεις (3), μεγέθους small, medium και large
10. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, 5 “ τουλάχιστον, στην οποία να απεικονίζονται οι αριθμητικές τιμές των ρυθμιζόμενων και μετρούμενων παραμέτρων , μηνύματα σχετικά με την κατάσταση του αναπνευστήρα και τουλάχιστον τα παρακάτω:
 - Πιέσεις Peak, mean, plateau
 - Όγκοι MV, Vt και διαρροής ή ποσοστό διαρροής
 - Συχνότητα f και f spont

- Περιεκτικότητα εισπνεόμενου μίγματος O₂ ή ένδειξης air mix / No air mix
- Λόγος I:E

11. Να διαθέτει **τουλάχιστον** τους παρακάτω τρόπους αερισμού και λειτουργίες:

- Ελεγχόμενου όγκου
- Ελεγχόμενης πίεσης (προαιρετικά)
- Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου
- Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (προαιρετικά)
- Θετικής πίεσης αεραγωγών CPAP και με υποστήριξη πίεσης Pressure Support και δυνατότητα αερισμού άπνοιας
- Αερισμός άπνοιας
- Μη επεμβατικό αερισμό
- Ειδική λειτουργία CPR θα αξιολογηθεί θετικά.
- Επιπλέον δυνατότητες να αναφερθούν προς αξιολόγηση

12. Να διαθέτει **τουλάχιστον** τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Όγκος αναπνοής 50-2000 ml
- Αναπνευστική συχνότητα έως 50 αναπνοές/min
- Πίεση PEEP 0-30 mbar τουλάχιστον
- Μέγιστη πίεση ασφαλείας (Pmax) έως 60 mbar περίπου
- Trigger ροής ή πίεσης
- Fio₂ 21-100% ή AirMix/ No Air Mix

13. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα όρια για τις εξής περιπτώσεις:

- Υψηλή- χαμηλή πίεση αεραγωγών
- Υψηλός-χαμηλός όγκος ανά λεπτό
- Υψηλός –χαμηλός ρυθμός αναπνοής
- Χαμηλό V_{ti}-V_{te}
- Άπνοια

Να υπάρχουν τουλάχιστον οι εξής αυτόματοι συναγερμοί/ειδοποιήσεις:

- Τεχνικό πρόβλημα
- Πτώση παροχής ρεύματος
- Κατάσταση μπαταρίας
- Αποσύνδεση κυκλώματος

Να υπάρχει δυνατότητα σίγασης του συναγερμού

14. Να διαθέτει μανόμετρο αναλογικό ή ψηφιακό για ένδειξη της πίεσης αερισμού του ασθενούς.

15. Να είναι εύκολος και απλός στη χρήση. Η ρύθμιση των παραμέτρων και των ορίων συναγερμού να γίνεται εύκολα και γρήγορα με το μικρότερο αριθμό των παρεμβάσεων.

16. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αναβάθμισης με ενσωματωμένη καπνογραφία.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

45. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του πλήρη και τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE. Να πληροί τα διεθνή standards ασφαλείας για φορητούς αναπνευστήρες.
46. Να κατατεθούν α) πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και ISO 13485 του προμηθευτή β) πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και ISO 13485 για τον κατασκευαστικό οίκο
47. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
48. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί στον εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
49. Ο προμηθευτής οφείλει να δεσμευτεί για την εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστο έτη από την παραλαβή αυτού.
50. Η προμηθευτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον εξοπλισμό να παραδώσει σε πρωτότυπα:
Service manual
Operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα)
51. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.
52. Ο προμηθευτής χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στο χώρο εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό, μόλις αυτός εγκατασταθεί.
53. Οι προσφορές για να χαρακτηριστούν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κλπ που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
54. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση- παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος εγγράφου και τα συνυποβαλλόμενα prospectus ή βεβαιώσεις (σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
55. Θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης- Τεκμηρίωσης » το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα το σύνολο των όρων του παρόντος εγγράφου, όλες τις απαντήσεις (ανά παράγραφο) με παραπομπή για τεκμηρίωση στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια αναγράφοντας τη σχετική παράγραφο της τεχνικής προδιαγραφής. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν την τεχνική περιγραφή ή θα απαντούν

μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία μεταξύ κειμένου, ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

A/A 6. Τρόλευ Επαιγόντων Νοσηλείας Ανάνηψης, για την αποθήκευση και μεταφορά όλων των απαραίτητων υλικών αναλωσίμων και εξοπλισμού. Τμχ 1

Προϋπολογισμός 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

- Να είναι κατασκευασμένο από ειδικά υλικά μεγάλης αντοχής, που να παρέχουν ανθεκτικότητα σε συγκρούσεις και χτυπήματα.
- Ηλεκτροστατική βαφή στις επιφάνειες σώματος και συρταριού.
- Εύκολο στην μεταφορά και ελαφρύ
- Να είναι ανθεκτικό στα συνήθη απολυμαντικά
- 5 συρτάρια με κεντρικό κλείδωμα.
- Σύστημα κλειδώματος και παθητική ασφάλεια μεταφοράς.
- Διαχωριστικά σε κάθε συρτάρι.
- Θέση φιάλης οξυγόνου και σανίδα CPR
- Περιστεφόμενη κατα 360 ° βάση απινιδωτή με ρύθμιση ύψους
- Συρταρωτός δίσκος παρασκευής στη δεξιά πλευρά του καροτσιού.
- Κάδος αναλώσιμων και απορριμμάτων αφαιρούμενος
- Στατώ ορού IV με ρύθμιση ύψους.
- Συρτάρια με ενιαίο σύστημα κλειδώματος.
- Περιστεφόμενοι τροχοί Ø125 mm με φρένο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 .

1.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

1.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.

1.5. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

1.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (πρωτότυπα αντίγραφα με την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής)

1.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν (πρωτότυπα αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο)

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

1.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις διπλούν (πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά πρωτότυπη και φωτοτυπία αυτής με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο), στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:

- α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
- β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
- γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχίτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής :

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

A) α. δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.

B) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (σύμφωνα με την περ. β, παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)

Δ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (σύμφωνα με τις περ. στ και ζ, παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)

Το e_ΤΕΥΔ, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.konstantopouleio.gr), μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό <http://www.eprocurement.gov.gr> στο πεδίο: «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/εΤΕΥΔ» και παρατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .xml, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς, για να συντάξουν τη σχετική απάντησή τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει:

- Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση
- Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης

3) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

Η αποσφράγιση των προσφορών τεχνική και οικονομική θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών σε ένα στάδιο .

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες προσφορές για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η τιμή του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7 περί σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο είδος κωδικός παρατηρητηρίου τιμών θα πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή

Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν .

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για τον παρόντα διαγωνισμό.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης .

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ 2000 του Ν 4412/2016

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν 4412/2016 , ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει στο Νοσοκομείο κ.λ.π από την εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ 2 του Ν 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές , σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη

σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται, για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

δ) Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. **Σημειώνεται** ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /20

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : € με ΦΠΑ)

Για την προμήθεια διάφορου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τ.Ε.Π., του Νοσοκομείου

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης :

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και

2.Η εταιρεία νόμιμα εκπροσωπούμενη από καλούμενη στο εξής " Προμηθευτής "

Β' ΟΡΟΙ

Το "Νοσοκομείο" έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 27/20 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διάφορου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τ.Ε.Π., του Νοσοκομείου .
2. Την από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού .
3. Την από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού .

α ν α θ έ τ ε ι

στον "Προμηθευτή" την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Ν 4024/2011 άρθρο 26.

Εφόσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής .Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με την παραγγελία η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης .

2.Αν ο "Προμηθευτής" παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) και την κείμενη νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Προμηθευτής" θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον "Προμηθευτή" θα βαρύνουν

- α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ'αυτού)
- β) Ποσοστό 0,07 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 0,07% (πλέον 0,07% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ'αυτού)
- γ) Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ 27/20 Διακήρυξης του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 3^ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Προμηθευτής" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάρχει στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν .

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ